

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Ул. Јована Јанковића Лунге бр.1, Врање
Датум: 01.03.2016.године
Број: 04-582

Предмет: Одговор на Захтев додатним појашњењем јавне набавке добара-Имплатанти у ортопедији, ЈН бр. 05/16, која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 12.02.2016.год.

Дана 01.03.2016.год. бр. 04-578, примили смо Захтев за додатним појашњењем конкурсне документације од стране понудађача, а сходно чл. Закона о јавним набавка чл. 63 ст.2. дајемо одговор у писаном облику.

ПИТАЊА ПОНУЂАЧА:

Питање бр.1

Да ли је за партије 1 и 2 прихватљиво понудити стем израђен од материјала, који је одговарајући хирушком челику, нпр. од легуре CoCrMo?

Питање бр.2

Да ли је прихватљива понуда ако понуђач понуди за партије 2 и 3 главицу од CoCr легуре са дијаметрима од 28 и 32 мм и коресподентним линерима?

Питање бр.3

Да ли је за партију 3 прихватљива понуда за бесцементне капе 12 величина у распону од 46мм до 68мм?

Питање бр.4

Да ли је за партију 3 прихватљива понуда за главицу са 6 дужина врата са корацима од 4мм?

Питање бр. 5

Да ли је прихватљива понуда за бесцементни стем који је клинастог (тапер) облика, прекривен и плазма спреј технологијом и хидроксиапатитом, без антиротационог клина у проксималном делу?

Питање бр.6

Да ли је за Парцијалну биартикуларну протезу кука дефинисану партијом 4 прихватљиво понудити -стем и главу израђену од одговарајућег материјала хирушком челику како сте дефинисали, односно да ли је прихватљиво понудити наведене компоненте израђене од легуре CoCrMo?

-за биполарну капу распон величина од 42-62 (11 величина) са кораком од 2мм како бисте омогућили конкуренцију и учешће и других понуђача.

ОДГОВОРИ:

Одговор на питање бр.1

Не можемо прихватити за партије 1 и 2 стем израђен од материјала који је одговарајући хирушком челику.

Одговор на питање бр.2

Наручилац је у конкурсној документацији навео да тражи 3 дијаметара главица, а Ви нудите две, тако да не можемо прихватити такву понуду.

Одговор на питање бр.3

Не можемо прихватити такву понуду, јер не одговара траженој техничкој спецификацији добра које је наведено у конкурсној документацији.

Одговор на питање бр.4

Не можемо такву понуду прихватити, јер не одговара траженој техничкој спецификацији. Наиме, немате дијаметар главице од 36 мм и нудите кораке 4мм, док ми тражимо од 3,5мм.

Одговор на питање бр.5

Не можемо такву понуду прихватити, јер не одговара траженој техничкој спецификацији.

Одговор на питање бр.6

Не можемо такву понуду прихватити, јер не одговара траженој техничкој спецификацији. Наиме, тражимо биполарну капу са кораком од 1мм, а Ви нудите од 2мм. Испитивање тржишта, установљено је да велики број понђача може да понуди биполарну капу са кораком од 1мм.

**Комисија за јавне набавке ЗЦ Врање
Имплатанти у ортопедији, ЈН 05/16**