

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

Датум: 21.02.2014.године

Број: 04-479

В р а њ е

Предмет: Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације ЈНМВ бр. 02/14 – Периодични преглед особа, преглед термолумисцентних дозиметра и преглед Ро апарата, чији је позив и конкурсна документација објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 20.02.2014.године.

ПИТАЊЕ:

1. У коју категорију су сврстани запослени (А или Б)
2. Које године је запосленима у оквиру периодичног прегледа урађен микронуклеус тест уколико су сврстани у категорију Б
3. Да ли се тражи услуга месечног или тромесечно читавања дозиметара
4. Који тачно преглед РО апарата захтевате - мерење амбијанталног еквивалента дозе или мерења ради контроле система управљања квалитетом?

ОДГОВОР НА ТРАЖЕНО ПОЈАШЊЕЊЕ ПОНУЂАЧА:

1. Запослени су сврстани у категорију Б (са затвореним извором јониз. зрачења).
2. Запосленима је у оквиру периодичног прегледа урађен микро-нуклеус тест 2013.године
3. Тражи се услуга месечног читавања дозиметара
4. Захтевамо преглед РО апарата и то:
 1. Мерење амбијанталног еквивалента дозе
 2. Мерења ради контроле система управљања квалитетом

На основу датог одговора наручиоца за питање бр.4 изврши ће се измена конкурсне документације за партију 3. Преглед Ро апарата.

Комисија за јавне набавке
Здравствени центар Врање