

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНО ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Партија 1. Аудиометар

р.бр.	Минималне техничке карактеристике	да/не	Коментар
0	1	2	3
1.	Двоканални аудиометар са LCD екраном, са позадинским осветљењем		
2.	Ваздушна проводљивост од -10 до 120 dB HL		
3.	Коштана проводљивост од -10 до 80 dB HL		
4.	подршка за повезивање екстерних звучника (Free-Field)		
5.	Стандардна фреквенција 125-8000Hz		
6.	Маскинг NBN, WN, Speech		
7.	Распон високофреквентних сигнала 8.000-20.000 Hz		
8.	Временско ограничење за VF сигнале		
9.	Континуални и пулсирајући тон		
10.	Калкулација за израчунавање степена губитка слуха		
11.	Интерна база података више од 1000 тестова		
12.	USB конекција са екстерним принтером и рачунаром (RS232-opciono)		
13.	Напредна дигитална технологија заснована на DSP-Digital Signal Procesor		
14.	Микропроцесор за апликације које захтевају брзе нумеричке операције		
15.	Могућност рада са више података истовремено који се дигитално обрађују		
16.	Поседовање програма за самотестирање		
17.	Suprathreshold audiometrija (Sisigram, Fowler-ABLB, Tone Decey, Weber, Luscher)		
18.	Напајање 100-240V, 50/60 Hz		
19.	Стандарди за безбедност : EN60601-1-2, EN60601-1-4		
20.	Стандарди за аудиометрију: IEC 60645-2, IEC 60645-4		
21.	Потребно је да се апарат може баждарити		

У колони „коментар“ навести број стране из каталога /проспекта у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика.

Напомена: захтеве под редним бројем 13, 14 и 15 могуће је доказати изјавом произвођача на енглеском језику. Наручилац ће, приликом стручне оцене понуда позвати понуђаче да изврше превод на српски језик уколико је то потребно

Партија 1. ОСТАЛИ УСЛОВИ	
1.	Понуђач је дужан да уз понуду достави копију Решења за стављање у промет за понуђено медицинско средство издато од Агенције за лекове и медицинска средства Србије. Решење мора бити важеће на дан отварања понуда.
2.	Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке наведеним или боље од наведених, сматраће се прихватљивим. У супротном понуда ће бити одбијена.
3.	Гарантни рок и обавезе добављача у периоду важења гарантног рока <ul style="list-style-type: none"> - Гарантни рок за испоручена добра је најмање 24 месеца рачунајући од дана испоруке и пуштања у рад - Бесплатно одржавање у гарантном року када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање - Одзив на сервисне интервенције најкасније 48 сата након позива наручиоца
4.	Понуђач је дужан да уз понуду достави одговарајући оригинални проспектни материјал – каталог произвођача и/или произвођачке техничке спецификације понуђеног добра, који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтевима наручиоца. Понуда која садржи само изјаву понуђача или произвођача да испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неприхватљива.
5.	Приликом испоруке добављач је у обавези: <ul style="list-style-type: none"> - Да изврши монтажу опреме у објектима наручиоца и исту пусти у рад. - Да изврши обуку корисника за употребу одмах по монтажи и пуштању у рад - Да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику и оверен гарантни лист
6.	Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене услове

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
