

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

Датум: 27.07.2015.године

Број: 04-2494

Предмет: Одговор на примљени Захтев за додатним појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добара – Уградни материјал у ортопедији, ЈНПГ бр. 12/15, која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 23.07.2015.год.

Дана 24.07.2015.год. бр. 04-2484, примили смо Захтев понудајача за појашњење, а сходно чл. Закона о јавним набавка чл. 63 ст.2. дајемо одговор у писаном облику.

ПИТАЊЕ БР. 1:

За предмет јавне набавке од редног броја 1 до редног броја 5, доставите неопходне техничке карактеристике како би понуђачи могли поднети адекватну понуду. Поред врсте плоче, молимо да наведете број отвора као и димензију/карактеристику припадајућег шрафа.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

На основу чл. 35 ст.1.тачка 1. Наручилац је одлучио да у преговарачки поступак ЈНПГ бр. 12/15 - Уградни материјал у ортопедији, позове само и све понуђаче који су учествовали у отвореном поступку ЈН бр. 14/15 - Уградни материјал у ортопедији, тако да своју понуду учине прихватљивом. Наручилац не може да предвиди са колико броја отвора и димензију припадајућег шрафа јер то зависи од појединачне интервенције тако да се из тог разлога набавља ЛЦП плоче равне подлактица са припадајућим шрафовима.

Комисија за јавне набавке
Здравствени центар Врање