

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Ул. Јована Јанковића Лунге бр.1, Врање
Датум: 11.04.2016.године
Број: 04-1188

Предмет: Одговор на Захтев додатним појашњењем јавне набавке добара-Конци за хирушко шивење, ЈН бр. 13/16, која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 14.03.2016.год.

Дана 06.04.2016.год. бр. 04-1133, примили смо Захтев за додатним појашњењем конкурсне документације од стране понудајача, а сходно чл. Закона о јавним набавка чл. 63 ст.2. дајемо одговор у писаном облику.

ПИТАЊА ПОНУЂАЧА:

1. Коју иглу подразумевате за ставку број 3, партије 3.Polyglactine-PGA?
2. На који конач сте конкретно мислили када сте навели „Polyglactine-PGA“ пошто се ради о две врсте конца?
3. Молимо вас да дефинишете дебљину конца за партију 1. Polyglactin antibakterijal за ставке 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18?
4. Молимо вас да нам дефинишете закривљеност игле за партије 2 или сте мислили на равну иглу?
5. Да ли је дошло до техничке грешке за партију 7, ставку 6. Код дужине игле, јер је наведена величина од 1,35м?
6. Молимо Вас да дефинишете дебљину конца за ставке 6, 7 и 8 партије 7?

ОДГОВОР:

1. Наручилац подразумева иглу као што је наведено у техничкој спецификацији конкурсне документације за ЈН 13/16, а наведено је „Polyglactin 910-PGA 4/0, upreden, resort., sintetički, 26mm, 75cm, за кожу, P игла, 3/8“
2. Навели смо једну врсту конца „Polyglactine-PGA“.
3. Наручилац је навео у конкурсној документацији дебљину конца за следеће ставке:
 - ставка 10 дебљина конца је 0
 - ставка 11 дебљина конца је 0
 - ставка 12 дебљина конца је 0
 - ставка 13 дебљина конца је 0
 - ставка 14 дебљина конца је 1
 - ставка 15 дебљина конца је 1
 - ставка 16 дебљина конца је 1
 - ставка 17 дебљина конца је 1
 - ставка 18 дебљина конца је 2
4. Потребно је да игла буде шпатуласта као што је наведено у конкурсној документацији, а не равна.

5. Дошло је до техничке грешке приликом израде конкурсне документације тако да треба да стоји mm.

6. Наручилац је навео у конкурсној документацији дебљину конца за следеће ставке:

-ставка 6 дебљина конца је 1

-ставка 7 дебљина конца је 1

-ставка 8 дебљина конца је 0

Комисија за јавну набавку
Конци за хирушко шивење, ЈН 13/16