

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

Јована Јанковића Лунге бр.1

Број: 04-2092

Датум:16.06.2016.год.

Предмет: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – Материјал за хируршком шивење, ЈН 20/16

На адресу наручиоца је 15.06.2016.године, примљен захтев број 04-2069 за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добара – Материјал за хируршко шивење.

Partija 3, Stavka 1

Tražili ste iglu karakteristika tapper point plus. Šta podrazumevate pod oznakom plus. Da li se misli na ojačanu iglu ili na neku drugu karakteristiku (i koju)?

Одговор: Наручилац је мислио на ојачану иглу.

Partija 4 Stavke 6,7 i 8

Која је дебљина конаса по USP систему?

Da li nije došlo do tehničke greške prilikom pisanja dužine igala za pomenute stavke 1,35m , 1,50mm i 0,30mm?

Одговор: Да. Дебљина је за ставку 6: 1м, за ставку 7: 1мм и ставку 8: 0мм.

Partija 4

Šta podrazumevate pod oznakom P igla? Koja je razlika između stavke 4 "za kožu, obrnuta, P igla 3/8" i stavke 8 "za kožu obrnuta, 3/8"

Одговор: Код ставке 4. је P игла"reverse cutting".

Da li pod "igla za kožu zakrivljena" podrazumevate "reverse cutting" obrnuto sečenu iglu?

Одговор: Zakrivljena 3/8 cutting standard игла.

Da li pod "igla za kožu" podrazumevat conventional cutting standardnu iglu?

Одговор: Да.

Partija 7 Stavka 3

Која је закривљеност игле?

Одговор: 3/8.

Partija 7 Stavka 7

Šta podrazumevate pod oznakom Standard? Koja je razlika između stavke 7 koja je obeležena "za kožu, Standard" i Stavke 3 koja je obeležena samo kao igla "za kožu"?

Одговор: Не постоје разлике између ставке 7 која је обележена "за кожу, Standard" и Ставке 3 која је обележена само као игла "за кожу"?

Partija 7 Stavka 8 "BRAIDED SILK 4/0, upreden, prirodni, neresorptivan 24mm-26mm, 45cm – 75cm, za kožu, okrugla obrnuta P igla, 3/8"

Da li ste podrazumevali okruglu iglu ili reverse cutting iglu? Kakav vrh igle zahtevate taper point ili trocar point?

Одговор: reverse cutting igla.

Partija 8 Stavke 4 i 5

Stavka 4 glasi "POLYPROPYLENE, 3/0, monofilament, neresorptivan, sintetički, 25mm- 26mm, 45-75cm, za kožu, standard P igla, 1/2"

Stavka 5 glasi: "POLYPROPYLENE, 3/0, monofilament, neresorptivan, sintetički, 19mm-20mm, 45-75cm, za kožu, trouglasta, standard P, 3/8"

Koja je razlika u obliku igle s obzirom da stavka pet ima i oznaku trouglasta dok je u stavci 4 nema.

Одговор: Нема разлике.

Комисија за јавну набавку ЈН 20/16
Материјал за хируршко шивење