

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ  
Ул. Јована Јанковића Лунге бр.1, Врање  
Датум: 22.06.2016.године  
Број: 04-2133

**Предмет:** Одговор на Захтев додатним појашњењем јавне набавке добра-Материјал за хирушко шивење ЈН бр. 20/16, која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 03.06.2016.год.

Дана 21.06.2016.год. бр. 04-2131, примили смо Захтев за додатним појашњењем конкурсне документације од стране понудајача, а сходно чл. Закона о јавним набавка чл. 63 ст.2. дајемо одговор у писаном облику.

**ПИТАЊА ПОНУЂАЧА:**

Молимо вас да нам појасните да ли је за вас прихватљиво:

1. Одступање од +/-5% од специфициране дужине игле за све партије, са заокруживањем на први цео број?
2. За партију 3 ставку 1 понудити и округлу иглу (round bodied) пошто је реч о најатрауматичнијој варијанти иглала?
3. Понудити за партију 8 за ставке 1, 2,3, 4, 5, 6, 12 и 13 reverse cutting иглу?

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА**

1. Прихватљиво је одступање од +/-5% од специфициране дужине игле за све партије, са заокруживањем на први цео број.
2. Наручилац неће прихватити понуду уколико се понуди округла игла (round bodied).
3. Наручилац набавља кожно стандард cutting иглу.

**Комисија за јавне набавке ЗЦ Врање  
Материјал за хирушко шивење, ЈН 20/16**