

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Јована Јанковића Лунге бр.1
Број: 04-2200
Датум:28.06.2016.год.

Предмет: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – Материјал за хируршком шивење, ЈН 20/16

На адресу наручиоца је 15.06.2016.године, примљен захтев број 04-2069 за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добара – Материјал за хируршко шивење.

Питања:

1. Da li će ponuda biti prihvaćena ako se u partiji br. 3 za stavku br. 1 ponudi hirurška igla израђена од челика серије 300 која по својим карактеристикама одговара захтеваној ојачаној хируршкој игли ?

Odgovor: Prihvatiće se.

2. Da li će ponuda biti prihvaćena ako se u partiji br. 4 za stavke br. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 ponudi hirurška igla reverse cutting која је боља из разлога што ће mapetost šava приликом имплантације бити на бази trouglastog отвора ране, што значи да не постоји ризик од cepања tkiva односно коже за разлику од cutting хируршке игле ?

Odgovor: Kao u tehničkoj specifikaciji konkursne dokumnetacije.

3. Da li će ponuda biti prihvaćena ako se u partiji br. 7 za stavke br. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ponudi hirurška igla reverse cutting која је боља из разлога што ће mapetost šava приликом имплантације бити на бази trouglastog отвора ране, што значи да не постоји ризик од cepања tkiva односно коже за разлику од cutting хируршке игле ?

Odgovor: Kao u tehničkoj specifikaciji konkursne dokumnetacije.

Комисија за јавну набавку ЈН 20/16
Материјал за хируршко шивење