

**ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ**

Јована Јанковића Лунге бр.1

Број: 04-2295

Датум: 08.07.2016.год.

**Предмет:** Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – санитарски материјал, ЈН 22/16, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и Порталу службених гласила и базе прописа, 10.06.2016. г.

На адресу наручиоца је 08.07.2016.г. примљен захтев број 04-2294 за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добара – санитарски материјал, следеће садржине:

**Питање:**

У складу са последњом изменом и допуном од дана 07.07.2016.г. која се односи на партију 25 – ЕКГ ролне, молимо вас да код сваке позиције у партији убаците „или одговарајући“, како би се обезбедила што већа конкуренција понуђача.

Димензије наших папира су изражене у метрима, па смо из тог разлога онемогућени да поднесемо прихватљиву понуду за наведену партију. Самим тим сматрамо да је наручилац у обавези да испоштује члан 10. Закона о јавним набавкама.

Такође, ради коректности поступка јавне набавке, најисправније би било да дефинишете типове и моделе уређаја за које расписујете јавну набавку.

**Одговор:** Наручилац се приликом састављања техничке спецификације добара за партију 25 – ЕКГ ролне, руководио битним подацима за добијање одговарајућег добра, а то је ширина ЕКГ траке и пречник самог котура, односно ролне, како би иста могла бити несметано постављена у ЕКГ апарат. Колика је дужина траке у метрима, нама није од виталног значаја, тако да сматрамо да нисмо поступили супротно члану 10. Закона о јавним набавкама.

Комисија за јавну набавку добара  
санитарски материјал, ЈН 22/16