

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

Јована Јанковића Лунге бр.1

Број: 04-519

Датум: 22.02.2017.год.

Предмет: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – Реагенси за обраду крви, ЈН 01/17, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и Порталу службених гласила и базе прописа, 01.02.2017. г.

На адресу наручиоца је 21.02.2017.г. примљен захтев број 04-509 за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добара – Реагенси за обраду крви, следеће садржине:

Након последњих измена од 13.02.2017.године којима сте омогућили да се понуди одговарајући апарат на коришћење за предметну партију, остало је нејасно да ли апарат треба да буде нов (што подразумева да година производње буде 2016) или може да буде полован?

Одговор: Апарат који се даје на коришћење треба да буде нов, некоришћен (година производње 2016.).

Комисија за јавну набавку ЈН 01/17