

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Јована Јанковића Лунге бр.1
Број: 04-546
Датум: 23.02.2017.год.

Предмет: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку услуге – Одржавање и сервисирање медицинске опреме, ЈН 37/16, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 27.01.2017. г.

На адресу наручиоца је 21.02.2017.године, примљен захтев број 04-489 за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку услуге – Одржавање и сервисирање медицинске опреме.

1. Питање:

Објашњење

Predmetnu Javnu nabavku ste oblikovali u 53 partija. Partija 42 je autoklav za medicinski otpad proizvođača „Getinge“ tip HS6610 EC-1. Medika-Projekt d.o.o., Beograd, je jedini autorizovani zastupnik i serviser proizvođača „Getinge“ za Republiku Srbiju.

Autorizacija u prilogu.

U skladu sa tim, jedino je Medika-Projekt d.o.o. u mogućnosti da isporuči odgovarajuće originalne rezervne delove i potrošni materijal po najpovoljnijim uslovima za korisnika. Osim toga, nijedna druga firma, legalno, ne može da poseduje servisne softvere za dijagnostiku, kalibraciju i korekciju parametara i programa sterilizatora. Konačno, jedino su serviseri Medika-Projekt d.o.o. obučeni i sertifikovani od strane proizvođača (Getinge, Švedska) da vrše određene servisne intervencije. Davanjem sertifikata serviserima našeg preduzeća, proizvođač je verifikovao i opremljenost i osposobljenost kompletne servisne organizacije „Medika-Projekt“-a. Uzevši u obzir navedenu argumentaciju jedino Medika-Projekt d.o.o. može garantovati ispravan rad sterilizatora u skladu sa potrebnim normama i preporukama proizvođača, za razliku od ostalih neovlašćenih servisnih organizacija. Obzirom da ovaj sterilizator radi u postrojenju za tretman medicinskog otpada, on predstavlja veoma bitan deo lanca kontrole infekcije u Zdravstvenom centru, te je nophodno da u svakom momentu ispravno funkcioniše. Naglašavamo da je predmetni uređaj donacija Evropske Unije i da korisnici poseduju odgovarajuće obaveze u smislu njegovog adekvatnog održavanja.

Iz gore navedenog, smatramo da je svrsishodno i racionalno da se i Partija 42 svrsta u one partije za koje se traži servisna autorizacija proizvođača - u ovom slučaju „Getinge“.

Molimo Komisiju da uvaži našu molbu i da na strani 7, tačka 1. Tenderske dokumentacije doda i Partiju 42.

ОДГОВОР: Наручилац је продужио рок за достављање понуда. У току је израда измене конкурсне документације и ваше примедбе комисија ће разматрати.

Комисија за јавну набавку ЈН 37/16
Одржавање и сервисирање медицинских апарата