

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

Јована Јанковића Лунге бр.1

Број: 04-582

Датум: 27.02.2017.год.

Предмет: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – Реагенси за обраду крви, ЈН 01/17, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и Порталу службених гласила и базе прописа, 01.02.2017. г.

На адресу наручиоца је 25.02.2017.г. примљен захтев број 04-573 за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добара – Реагенси за обраду крви, следеће садржине:

Након последњег појашњења којим сте навели да апарат који се даје на коришћење треба да буде нов (година производње 2016) молимо да појасните којим документом ће се ова чињеница доказивати?

Такође молимо да појасните да ли ће осталим понуђачима бити омогућено да провере да ли је заиста изабрани ипонуђач испоручио апарат у складу са овим захтевом?

Ово је јако важно у циљу избегавања било каквих неправилности и омогућавања конкуренције и заиста наповољније понуде што Вам је свакако у интересу.

Одговор: Чињеница да ли је апарат нов, некоришћен доказиваће се након потписивања уговора, приликом испоруке апарата, Изјавом произвођача са серијским бројем апарата.

У случају да добављач испоручи апарат који није у складу са захтевима из конкурсне документације наручилац ће раскинути уговор.

У просторију у којој ће бити смештен апарат улаз је омогућен само службеним лицима.

Комисија за јавну набавку ЈН 01/17