

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Јована Јанковића Лунге бр.1
Број: 04-610
Датум: 10.03.2017.год.

Предмет: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку услуге – Одржавање и сервисирање медицинске опреме, ЈН 37/16, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 27.01.2017. г.

На адресу наручиоца је 09.03.2017.године, примљен захтев број 04-785 за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку услуге – Одржавање и сервисирање медицинске опреме.

Pitanje1.

S obzirom na to da raspoložemo informacijom da je uređaj Kodak M 53 procesor iz partije 31 rashodovan i uređaj EI RTG za snimanje zuba iz partije partija 48 razmontiran i takođe rashodovan, da li možete ove uređaje i ove partije isključiti iz tehničke/tenderske dokumentacije.

Одговор: Наручилац прихвата примедбу и иоставиће у партији 31.апарат Kodak M 53 procesor и апарат у партији 48. EI RTG за snimanje zuba.

Pitanje2.

Da li možete da u tehničku/tendersku specifikaciju uključite stomatološki rendgen aparat Kodak CS2100 koji nije obuhvaćen dokumentacijom?

Одговор: апарат је у гарантном року те стога није потребно расписивање набавке нити одржавање истог.

Pitanje3:

Da li možete kao dodatni uslov za učešće u postupku javne nabavke za partiju 49 i eventualno novoformiranu partiju koja bi uključivala stomatološki rendgen aparat Kodak CS2100 tražiti i ovlašćenje izdato od strane proizvođača opreme, jer samo u tom slučaju, naručilac može biti siguran da će u uređaj biti ugrađeni originalni rezervni delovi, kao i da će se servisiranje vršiti od strane stručnog, obučenog osoblja, sertifikovanog od strane proizvođača predmetne opreme?

Kako se ovde radi o servisiranju sofisticirane elektronske opreme, ovim putem želim da skrenemo pažnju da se neadekvatnim i nestručnim servisiranjem ovih uređaja, od strane neovlašćenog servisa aparat može oštetiti i prouzrokovati druge štetne posledice po rad i validnost rezultata. Takođe, obavljanjem aktivnosti prepravke i popravke uređaja od strane neovlašćenih i nestručnih lica, dovodi se u opasnost i zdravlje pacijenata i tačnost dijagnostičkih rezultata.

Kako se za neke partije u ovoj javnoj nabavci (22,27,28,29,35 i 36) zahteva rešenje/ugovor o autorizaciji, Vaš odgovor na zahtev svakako ne bi mogao biti da naručilac ne može da zahteva da ponuđači imaju ovlašćenog servisera za predmetne partije jer bi to značilo favorizovanje jednog ponuđača.

Одговор: Део одговора је дат у одговору на питање бр. 2. А комисија није сагласна да се за партију 49. Тражи овлашћење издто од стране призвођача опреме.

Комисија за јавну набавку ЈН 37/16
Одржавање и сервисирање медицинских апарата