

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Јована Јанковића Лунге бр.1
Број: 04-779
Датум: 09.03.2017.год.

Предмет: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – санитарски потрошни материјал, ЈН 04/17, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и Порталу службених гласила и базе прописа, 13.02.2017.године.

На адресу наручиоца је 08.03.2017.г. примљен захтев број 04-738 за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добара – санитарски потрошни материјал, следеће садржине:

Partija 39. Kontrolne i indikator trake za kontrolu sterilizacije

Pitanje 1: Molim Vas da nam pojasnite da li je za stavku 1 tražena indikator traka za suhu sterilizaciju ili vlažnu sterilizaciju.

Одговор: Добра из партије 39 ставка 1. Индикатор траке за суву стерилизацију.

Pitanje 2. Molim Vas da nam pojasnite stavku 2-Kontrolna traka za suhu sterilizaciju i dryheat indicator. Da li je tražena traka za suhu sterilizaciju u formi rolne sa koje se isecaju komadi željene dužine? Ukoliko nije molim Vas da nam pojasnite kakav tip indikatora je tražen i koja je veličina traženog pakovanja?

Одговор: У консултацији са лицем задуженим за стерилизацију ставка 2. Контролор траке за суву стерилизацију – у форми ролне са које се исецају комади жељене дужине.

**Комисија за јавну набавку добара
санитарски потрошни материјал, ЈН 04/17**