

**ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ**

Јована Јанковића Лунге бр.1

Број: 04-1484

Датум: 11.04.2017.год.

**Предмет:** Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – материјал за реналну дијализу, ЈН 12/17, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и Порталу службених гласила и базе прописа, 31.03.2017. године

На адресу наручиоца је дана 06.04.2017.године примљен захтев број 04-1429 за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добара – материјал за реналну дијализу ЈН 12/17, следеће садржине:

**1. Питање:**

Потенцијални понуђач тражи да Наручилац провери да ли је за Партију бр. 1 за добро под редним бројем 4 Наручилац омашком изоставио троцифрени број , јер је истом ставком дефинисана набавка 16 ултрафилтера за апарате АК200 Ултра С.Ова количина ултра филтера није довољна за правилни рад на апаратима овог типа са предвиђеним бројем дијализа наведеним у ставци 2 Партије 2.

**Одговор:** Комисија ће усвојити захтев потенцијалног понуђача, и исправиће конкурсну документацију, јер је техничком грешком приликом уноса количина уместо јединачне количине 168 ултрафилтера укуцано 16 ултра филтера.

**2. Питање:**

Да ли је потребно за Партију бр. 3 ставка 2 сва заинтересована лица доставе и обавезан ендотоксински тест финалног производа који издаје произвођач као доказ да је бикарбонат одговарајућег микробиолошког састава према европској фармакопеји за ову врсту производа?

**Одговор:** То није захтев Наручиоца, тако да није обавезно доставити ендотоксински тест финалног производа.

Комисија за јавну набавку добара  
санитетски потрошни материјал, ЈН 12/17