

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

Јована Јанковића Лунге бр.1

Број: 04-1639

Датум: 24.04.2017.год.

**Предмет:** Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – материјал за реналну дијализу ЈН 12/17 , за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и Порталу службених гласила и базе прописа,31.03.2017.године.

На адресу наручиоца је 21.04.2017.г. примљен захтев за изменом конкурсне документације заведен под бројем 04-1625 конкурсне документације за јавну набавку добара –материјал за реналну дијализу ЈН 12-17, следеће садржине:

#### **1. Питање:**

Обзиром да се предметном набавком набавља материјал за хемодијализу који зависи од типа машине произвођача Fresenius Medical Care обавештавамо Вас да се у производном профилу Fresenius Medical Care за 2017. годину налази AV линија : „AV SET B-R“ art. No. F00001124. Тренутно наведена AV линија у конкурсној документацији предметне јавне набавке за партију 4, ставка “1-AV линије F-204 ком.“ Не налази се више у производном програму произвођача Fresenius Medical Care па је самим тим потенцијални понуђач не може ни нудити. Молимо Вас да у складу са изнетим извршите корекцију у техничкој спецификацији за партију број 4. ставка 1 тако да гласе „AV SET B-R“

#### **Одговор:**

Наручилац прихвата захтев потенцијалног понуђача те се мења спецификација у оквиру партије бр. 4 добро бр.1., предметне набавке ЈН 12/17.

**Комисија за јавну набавку добара  
санитетски потрошни материјал, ЈН 12/17**