

## ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

Јована Јанковића Лунге бр.1

Број: 04-2026

Датум: 12.05.2017.год.

**Предмет:** Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – Лрингоскопи, ЈНМВ 11/17, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца, 04.05.2017. г.

На адресу наручиоца је 10.05.2017.г. примљен захтев број 04-1960 за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добара – Лрингоскопи, следеће садржине:

### 1. Питање:

1. U stavci pod rednim brojem jedan tehnicke specifikacije trazi se "Metalne drske sa zamenjivim LED sijalicama koje daju osvetljenje od minimum 123hiljada luksa". pitanje glasi: •

Na kom odstojanju od izvora svetla, sijalica treba da daje trazenu Osvetljenost od 123 hiljada luksa, odnosno da li je za narucioca prihvatljiva sijalica koja na odstojanju od 35 mm od izvora svetla daje osvetljenost od 3.600 lux. Imajuci u vidu da Osvetljenost opada sa kvadratom odstojanja od izvora svetla, sijalica koja na odstojanju od 35 mm daje osvetljenost od 3.600 lux, na odstojanju od 6.5 mm od izvora svetla dace trazених 123.000 lux-a.

**Одговор:** Тражену осветљеност од 123 хиљада лукса даће на одстојању од 6,5мм од извора светлости, и прихватљиво је да сијалица на одстојању од 35мм од извора светлости даје осветљеност од 3600 lux-a.

2. U stavci pod rednim brojem tri tehnicke specifikacije trazi se "LED sijalica obezbedjuje po 5.000 radnih sati I temperaturu od 5.300 (k)". pitanje glasi: •

Da li je za narucioca prihvatljiva LED sijalica koja ima zivotni vek od 50.000 radnih sati (10 x veci od trazеног) I kolor temperaturu od 5.500 K (200 K veka od trazene).

**Одговор:** Прихватљива је LED сијалица која има животни век од 50000 радних сати и колор температуру од 5300 К до 5500 К.

3. U okviru poslednje stavke tehnicke specifikacije izmedju ostalog definisane su i velicine spatula koje se traze "Velicna Macintosh spatula: Krupni odrasli 155x25,2 (Velicina 4), Odrasli 131x23,5mm (Velicina 3), dete 100,2x21mm (Velicana 2). Velicina spatule za otezanu intubaciju: 158x38mm (Velicina 4)". •

Da li su za narucioca prihvatljive Macintosh spatule trazених velicina 4, 3 i 2, odnosno spatula za otezanu intubaciju trazene velicine 4, cije dimenzije neznatno odstupaju od definisanih dimanzija. Naime oblik spatule I velicine definisane su nazivima npr Macintosh I brojnom oznakom (npr 2,3,4) pri cemu se dimnzije u mm neznatno razlikuju od jednog do drugog proizvoђјaca.

**Одговор:** Прихватљиве су Macintosh spatule величине 4, 3 и 2, као и шпатула за отежену интубацију величине 4, чије димензије неznатно одступају од дефинисаних димензија.

-шпатула бр. 4 - 155x25,2 mm

-шпатула бр. 3 - 131x23,5mm

-шпатула бр. 2 - 100,2x21mm

-шпатула за отежану интубацију бр. 4 - 158x38mm.