

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Ул. Јована Јанковића Лунге бр.1, Врање
Датум: 09.06.2017.године
Број: 04-2534

Предмет: Одговор на Захтев за додатним појашњењем јавне набавке услуга- Одржавање медицинске опреме, ЈН бр. 19/17, која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 06.06.2017.год.

Дана 08.06.2017.год. бр. 04-2530, примили смо Захтев за додатним појашњењем конкурсне документације од стране понуђача, а сходно чл. Закона о јавним набавка чл. 63 ст.3. дајемо одговор у писаном облику.

ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

Partija 20 - autoklav za medicinski otpad

Nigde nije definisan proizvođač autoklava za medicinski otpad.

Obzirom da se za Partiju 20 zahteva da ponuđač ima servis i servisere autorizovane od strane proizvođača,

samim tim je neophodno i da se definiše proizvođač.

ОДГОВОР:

За партију 20- Аутоклав за медицински отпад произвођач је "Getinge" Шведска.
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Комисија за јавне набавке, ЈН бр. 19/17
Здравствени центар Врање



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Stt'.