

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

Јована Јанковића Лунге бр.1

Број: 04-739

Датум: 13.03.2019.год.

Предмет: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – санитарско-потрошни материјал, ЈН 02/19

На адресу наручиоца је 13.03.2019.г. примљен захтев број 04-736 за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку санитарско-потрошни материјал следеће садржине:

Питање:

У тендерској документацији је наведено за партију 17, ставку 1. да је потребан:

-шприц 2ml без игле троделни са гумицом LUER са подеоцима на 1 ml.

Обзиром да су на шприцевима 2ml најчешће подеоци на 0,1ml, да ли је у питању техничка грешка у тендерској документацији?

Одговор: Дошло је до техничке грешке приликом куцања, сматра се да подеоци буду на 0,1ml.

Комисија за јавну набавку
санитарски материјала ЈН 01/19