

**Предмет:** Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – санитарско-потрошни материјал, ЈН 02/19

На адресу наручиоца је 20.03.2019.г. примљен захтев број 04-841 за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку санитарско-потрошни материјал следеће садржине:

**Питање:**

Molimo da nam date dodatna pojašnjenja a vezano za JN 02/19.

1. Konkursnom dokumentacijom ste tačkom III i VI naveli da tražite deklaraciju proizvoda sa tehničkom specifikacijom proizvoda za određene partije. Obzirom da za medicinska sredstva nije tipično da se dostavljaju deklaracije kao dokazi traženih karakteristika ( npr . Gaza hidrofilna 17 niti 23 g itd ) jer same deklaracije tj. etikete imate na uzorcima koje dostavljamo, naše pitanje je da li ste ustvari mislili na sertifikate analize ili kataloge koji bi dokazivali tražene tehničke karakteristike proizvoda?

**Одговор:** Наручилац је мислио на доставу сертификата анализе, као и да приликом испоруке буде истакнута декларација на појединачном паковању како би се утврдила истоврстност испорученог добра са уговореним и достављеним узорком,.

2. Такође, у наставку документације тражите сертификат анализе од стране ALIMS-а осим за добра која имају CE знак (напомињемо да носиоци уписа приликом регистрације производа код Агенције иначе достављају нотарски overene копије CE знака па сматрамо да нема потребе за тим). Analogno predhodnom objašnjenju napominjemo da ALIMS ne izdaje nikakve sertifikate analize već Rešenja o upisu za medicinska sredstva, па је наше питање да ли сте овим мислили да потенцијални понуђачи требају доставити решења из ALIMS-а, а коју сте већ навели као важећу дозволу за стављање у промет а за понуђено добро?

**Одговор:** Потребно је доставити сертификат анализе, осим за добра која имају знак CE.

3. Konkursnom dokumentacijom tražite uzorke na uvid па molimo da dozvolite da за stavke, u okviru iste partije, а где се траже иста медицинска средства ( npr. PARTIJA 30- foly kateter vel 8 -22), dostavimo samo jednu od veličina iz navedenog niza.

Molimo da по ovoj analogiji dozvolite dostavu по jednog uzorka jedne veličine а od istog medicinskog sredstva obzirom da је isti kavilitet а samo је različita dimenzija.

**Одговор:** Подразумева се да за једну ставку у партији доставите један узорак.

4. Такође Vas molimo да за stavku br.3 из partije br. 1 odobrite да nazogastrična sonda bude bez poklopca obzirom да се те величине производе само без poklopca.

**Одговор:** Наручилац ће извршити измену техничке спецификације партије 1.

5. U obrascu 10 ovlašćenje nosioca dozvoile - tražite да се наведе редни број партије па назив партије па паковање и јединица мере и количина. Molimo Naručioca да odobri да се овлашћења издају по редном броју и називу партије обзиром да је немогуће да образац из pdf- а prilagođavamo броју ставки из сваке партије а и носци дозволе издају овлашћења по партијама а обично иза тог документа прате њихови ALIMS-и, сертификати, каталоzi и слично који доказују тражене техничке карактеристике производа. Ако већ insistirate на овом obrascu odobrite да се упише редни број партије и назив партије без паковања и количина као и јединица мере, а да на крају документа буде као што је и предвиђено потпис и печат овлашћеног лица носioca дозволе.

**Одговор:** Наручилац одобрава да се овлашћења издају по редном броју и називу партије.