

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Јована Јанковића Лунге бр.1
Број: 04-1206
Датум: 15.04.2019.год.

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације за јавну набавку потрошни материјал за трансфузију, ЈН 06/19 за партију 3 и партију 6.

1) Измена у вези партије 3. Реагенси за контролу оралне антикоагулантне терапије – метода из капиларне крви и back up скрининг хемостазе:

Понуђени реагенси и потрошни материјал морају бити у потпуности компатибилни са апаратом Severon Alpha i Thrombostat. Понуђач се обавезује да за време важења уговора обезбеди сервис и одржавање парата.

2) Измена у вези партије 6. Гел картице, серуми, еритроцити и реагенси за одређивање крвних група и других имунохематолошких анализа на аутоматиком анализатору Wadiana :

Гел картице морају да имају 8 микроколоне (микроепрувете) са инкорпорираним серумима (реагенсима). Гел картице и реагенси морају да буду компатибилне за рад на анализатору Wadiana.

За позицију 8. Понудити одговарајући производ који мора имати три различите суспензије еритроцита.

За позицију 9. Понудити одговарајући производ са 15 различитих суспензија еритроцита.

За позицију 10. И 11. Понудити одговарајуће серуме намењене за рад на гел картицама DG Gel Coombs i kompatibilne sa automatom Wadiana.

Комисија за јавну набавку
Материјал за трансфузију, ЈН 06/19