

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

Датум: 27.03.2015.године

Број: 04-580

Предмет: Одговор на захтев за појашњење, бр. 04-570 од 26.03.2015.године, које се односи на конкурсну документацију ЈН бр. 01/15 –Лабораторијски реагенси, чији је позив и конкурсна документација објављен на Порталу јавних набавки, на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и интернет страници наручиоца и дана 02.03.2015.године.

ТРАЖЕНО ПОЈАШЊЕЊЕ ПОНУЂАЧА

У партији 1. Реагенси за ручни рад на спектрофотометру под редним бројем 4 тражите реагенс HDL-holesterol. Појасните о којој методи се ради HDL-holesterol direkt или HDL-holesterol precipitatu?

ОДГОВОР НАУЧИОЦА:

Ради се о HDL-holesterol - direktni.

Наручилац ће извршити измену конкурсне документацију.

Комисија за јавне набавке
Здравственог центра Врање