

## ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

Датум: 02.04.2015.године

Број: 04-651

**Предмет:** Одговор на примљено појашњење за јавну набавку – Уградни материјал у ортопедији,  
ЈН бр. 08/15

Дана 01.04.2015.год. бр. 04-650, примили смо појашњење понудађача, а сходно чл. Закона о јавним набавка чл. 63 ст.2. дајемо одговор у писаном облику.

### **ПИТАЊЕ БР. 1:**

Да ли је прекривен плазма спреј технологијом у проксималном делу, па је нејасно да ли се то односи на завршну обраду импланта или на нанос неког специјалног материјала на проксималном делу стема. У том смислу да ли је прихватљиво да се понуди стем са прекривком хидроксиапатитом у проксималном делу који омогућава брже и функционалније прирастање кости и импланта?

### **ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Плазма спреј технологија се односи на завршну обраду имплантата. Хидрански апатит који нудите, је специјални нанос и разликује се од плазма спреја по техничкој спецификацији. На основу наведеног, сматрамо да то није иста технологија и нећемо прихватити уколико понудите стем са прекривком хидроксиапатитом у проксималном делу.

### **ПИТАЊЕ БР. 2:**

Исто се односи и на бесцементу капу односно схелл који је код нашег имплантата прикривен хидроксиапатитом целом површином.

### **ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Плазма спреј технологија се односи на завршну обраду имплантата. Хидрански апатит који нудите, је специјални нанос и разликује се од плазма спреја по техничкој спецификацији. На основу наведеног, сматрамо да то није иста технологија и нећемо прихватити уколико понудите стем са прекривком хидроксиапатитом у проксималном делу.

### **ПИТАЊЕ БР. 3:**

Да ли су прихватљив главице у распону од 4мм пошто је дати распон од 3,5мм везан само за једног понуђача.

### **ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Прихватићемо главице у распону од 3,5мм до 4мм у најмање 5 величина.  
У складу са наведеним, наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Комисија за јавне набавке  
Здравствени центар Врање