

Наручилац	Здравствени центар Врање
Адреса	Јована Јанковића Лунге 1
Место	Врање
Број Одлуке	01-653
Датум	02.04.2015.г.

Предмет: Одговор на примљено појашњење за јавну набавку – Уградни материјал у ортопедији
ЈН бр. 08/15

Дана 01.04.2015.год. бр. 04-654, примили смо похашњење понуђача, а сходно чл.Закона о јавним набавкама чл.63.ст.2, дајемо одговор у писаном облику.

ПИТАЊЕ БР.1 се односи на партије

1. Тотална цементна протеза кука без колара
2. 2Хибридна протеза кука
3. 3.Парцијална протеза кука биартикуларна

У техничкој спецификацији тражених добара навели сте стем од нерђујућег челика у 10 величина. Да ли ће се прихватити понуда у којој потенцијални понуђач понуди стем од материјала напредније генерације, конкретно титанијум ау 11 величина?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Комисија за јавне набавке остаје при техничкој спецификацији за партије 1 ,2 и 3 и неће прихватити понуду стем од материјала титанијум.

ПИТАЊЕ БР.2 се односи на партију бр.1 Тотална цементна протеза кука

Да ли ће се прихватити понуда у којој потенцијални понуђач понуди ацетабуларну капу са већим распоном величина од 40 до 58мм?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Комисија за јавне набавке неће прихватити понуду за ацетабуларну капу са већим распоном од величина 40 до 58мм, јер не нудите вечичину од 60мм.

ПИТАЊЕ БР.3 се односи на партију бр. 3 Партцијална протеза кука биартикуларна

Да ли ће се прихватити биполарна глава са рапоном величине од 41-57мм?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

Комисија за јавне набавке неће прихватити понуду за пиоларну главу са распоном величине од 41-57мм, јер не нудите величине преко 57мм.

Комисија за јавне набавке
Здравствени центар Врање