

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Јована Јанковића Лунге бр.1
Број: 04-658
Датум: 02.04.2015.године

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС „ бр. 124/12) Наручилац врши:

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ОРТОПЕДИЈИ, ЈН БР.08/15

Врши се Измена конкурсне документације за партију 5. **Бесцементне протезе кука** ставка 4 која сада гласи: „Главице од легуре СоСт високе полираности величине 5 у распону од 3,5mm - 4mm, дијаметра 28, 32 и 36.“

Измена конкурсне документације извршиће се у следећим поглављима и странама:

1. Поглавље **III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.** (страна 7/42).
2. Поглавље **VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ** (страна 26/42).
3. Поглавље **IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ** (страна 38/42).

У свему осталом конкурсна документација остаје непромењена.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ**

| Ред. бр. | Назив | Број Решења из АЛИМС-а | Произвођач |
|--|--|------------------------|------------|
| Партија 5: Бесцементне протезе кука | | | |
| 1. | Бесцементни стем са коларом и антиротационим клином у проксималном делу, дистални део стема тапер систем, најмање 9 величина, материјал легура титанијума Ti-6Al-4V прекривен плазама спреј технологијом у проксималном делу | | |
| 2. | Бесцементна капа са три отвора у горњем делу са припадајућим шрафовима 6,5. Величина 44 до 70mm на 2mm. Материјал легуре титанијума Ti-6Al-4V прекривена плазама спреј технологијом | | |
| 3. | Инсерт од UHMWPE политилена са унутрашњим дијаметром 28, 32, 36 у зависности од величине капе | | |
| 4. | Главице од легуре CoCr високе полираности величине 5 у распону од 3,5mm - 4mm, дијаметра 28, 32 и 36. | | |

| Ред. бр. | Назив | Број Решења из АЛИМС-а | Произвођач |
|---|------------------------|------------------------|------------|
| Партија 6: Цемент без антибиотика и цемент са гентамицином | | | |
| 1. | Цемент без антибиотика | | |
| 2. | Цемент са гентамицином | | |

М.П. _____ Потпис овлашћеног лица

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда за јавну набавку добара – Уградни материјал у ортопедији ,ЈН 08/15

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| | |
|---------------------------------------|--|
| Назив понуђача | |
| Седиште и адреса понуђача | |
| Матични број | |
| ПИБ понуђача | |
| Име особе за контакт | |
| Електронска адреса понуђача | |
| Телефон /телефакс | |
| Број рачуна и назив банке | |
| Лице овлашћено за потписивање уговора | |

2) НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

| | |
|---|---|
| Начин подношења понуде (потребно заокружити): <ul style="list-style-type: none"> - са подизвођачем - самостално - заједничка понуда | (навести називе свих подизвођача/учесника у заједничкој понуди) |
|---|---|

3) ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

| Ред. Бр. | Назив добра | Јединица мере | Кол. | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ | | |
|--|--|---------------|------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| | | | | Цена по јединици мере, без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а (4x5) | Произвођач |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Партија 5: Бесцементне протезе кука | | | | | | |
| 1. | Бесцементни стем са коларом и антиротационим клином у проксималном делу, дистални део стема тапер систем, најмање 9 величина, материјал легура титанијума Ti-6Al-4V прекривен плазама спреј технологијом у проксималном делу | комад | 20 | | | |
| 2. | Бесцементна капа са три отвора у горњем делу са припадајућим шрафовима 6,5. Величина 44 до 70mm на 2mm. Материјал легуре титанијума Ti-6Al-4V прекривена плазама спреј технологијом | комад | 20 | | | |
| 3. | Инсерт од UHMWPE политилена са унутрашњим дијаметром 28, 32, 36 у зависности од величине капе | комад | 20 | | | |
| 4. | Главице од легуре CoCr високе полираности величине 5 у распону од 3,5mm-4mm, дијаметра 28, 32 и 36. | комад | 20 | | | |
| Укупна вредност партије, без обрачунатог ПДВ-а | | | | | | |
| Укупна вредност партије, са обрачунатим ПДВ-ом | | | | | | |

IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Ред. број | Назив добра | Јед. мере | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Процент ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|--|--|-----------|------|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(3x4) | 8(3x6) |
| Партија 5: Бесцементне протезе кука | | | | | | | | |
| 1. | Бесцементни стем са коларом и антиротационим клином у проксималном делу, дистални део стема тапер систем, најмање 9 величина, материјал легура титанијума Ti-6Al-4V прекривен плазама спреј технологијом у проксималном делу | комад | 20 | | | | | |
| 2. | Бесцементна капа са три отвора у горњем делу са припадајућим шрафовима 6,5. Величина 44 до 70mm на 2mm. Материјал легуре титанијума Ti-6Al-4V прекривена плазама спреј технологијом | комад | 20 | | | | | |
| 3. | Инсерт од UHMWPE политилена са унутрашњим дијаметром 28, 32, 36 у зависности од величине капе | комад | 20 | | | | | |
| 4. | Главице од легуре CoCr високе полираности величине 5 у распону од 3,5mm-4mm, дијаметра 28, 32 и 36. | комад | 20 | | | | | |
| | Укупна вредност без ПДВ-а: | | | | | | | |
| | Укупна вредност са ПДВ-ом: | | | | | | | |

М.П.

Потпис овлашћеног лица