

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ  
Јована Јанковића Лунге бр.1  
Број: 04-663  
Датум: 02.04.2015.год.

**Предмет:** Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – Реагенси за обраду крви, ЈН 03/15, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 10.03.2015. г.

На адресу наручиоца је 31.03.2014.г. примљен захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добара – Реагенси за обраду крви, следеће садржине:

За партију 7: Реагенси за обраду крви на трансмисивне болести, наводите да је понуђач у обавези да да на коришћење одговарајући апарат за време важења уговора. У наведеним спецификацијама апарата нисте навели број микротитарских плоча кој апарат треба истовремено да обрађује.

Из тог разлога вас молимо да нам појасните то питање, како би знали који апарат можемо да понудимо?

**Одговор:** С обзиром да се код добровољних давалаца крви контролишу 4 теста (HbsAg, HCVAt, HIV i ТРН) код обраде крви на трансмисивне болести неопходно је да аутоматски апарат обрађује 4 микротитарске плоче истовремено.