

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Јована Јанковића Лунге бр.1
Број: 04-757
Датум: 09.04.2015.године

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС „, бр. 124/12) Наручилац врши:

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ОРТОПЕДИЈИ, ЈН БР.08/15

Врши се Измена конкурсне документације за партију 5. **Бесцементне протезе кука за** ставке 1 и 2 додаје се реч „или одговарајуће“.

Измена конкурсне документације извршиће се у следећим поглављима и странама:

1. Поглавље **III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.** (страна 7/42).
2. Поглавље **VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ** (страна 26/42).
3. Поглавље **IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ** (страна 38/42).

У свему осталом конкурсна документација остаје непромењена.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ**

Ред. бр.	Назив	Број Решења из АЛИМС-а	Произвођач
Партија 5: Бесцементне протезе кука			
1.	Бесцементни стем са коларом и антиротационим клином у проксималном делу, дистални део стема тапер систем, најмање 9 величина, материјал легура титанијума Ti-6Al-4V прекривен плазма спреј технологијом у проксималном делу „или одговарајуће“		
2.	Бесцементна капа са три отвора у горњем делу са припадајућим шрафовима 6,5. Величина 44 до 70mm на 2mm. Материјал легуре титанијума Ti-6Al-4V прекривена плазма спреј технологијом „или одговарајуће“		
3.	Инсерт од UHMWPE политилена са унутрашњим дијаметром 28, 32, 36 у зависности од величине капе		
4.	Главице од легуре CoCr високе полираности величине 5 у распону од 3,5mm - 4mm, дијаметра 28, 32 и 36.		

Ред. бр.	Назив	Број Решења из АЛИМС-а	Произвођач
Партија 6: Цемент без антибиотика и цемент са гентамицином			
1.	Цемент без антибиотика		
2.	Цемент са гентамицином		

М.П. _____ Потпис овлашћеног лица

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда за јавну набавку добара – Уградни материјал у ортопедији ,ЈН 08/15

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача	
Седиште и адреса понуђача	
Матични број	
ПИБ понуђача	
Име особе за контакт	
Електронска адреса понуђача	
Телефон /телефакс	
Број рачуна и назив банке	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Начин подношења понуде (потребно заокружити):	(навести називе свих подизвођача/учесника у заједничкој понуди)
<ul style="list-style-type: none"> - са подизвођачем - самостално - заједничка понуда 	

3) ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Ред. Бр.	Назив добра	Јединица мере	Кол.	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ		
				Цена по јединици мере, без ПДВ-а	Вредност без ПДВ-а (4x5)	Произвођач
1	2	3	4	5	6	7
Партија 5: Бесцементне протезе кука						
1.	Бесцементни стем са коларом и антиротационим клином у проксималном делу, дистални део стема тапер систем, најмање 9 величина, материјал легура титанијума Ti-6Al-4V прекривен плазама спреј технологијом у проксималном делу „или одговарајуће“	комад	20			
2.	Бесцементна капа са три отвора у горњем делу са припадајућим шрафовима 6,5. Величина 44 до 70mm на 2mm. Материјал легуре титанијума Ti-6Al-4V прекривена плазама спреј технологијом „или одговарајуће“	комад	20			
3.	Инсерт од UHMWPE политилена са унутрашњим дијаметром 28, 32, 36 у зависности од величине капе	комад	20			
4.	Главице од легуре CoCr високе полираности величине 5 у распону од 3,5mm-4mm, дијаметра 28, 32 и 36.	комад	20			
Укупна вредност партије, без обрачунаог ПДВ-а						
Укупна вредност партије, са обрачунатим ПДВ-ом						

IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Ред. број	Назив добра	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Процент ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
0	1	2	3	4	5	6	7(3x4)	8(3x6)
Партија 5: Бесцементне протезе кука								
1.	Бесцементни стем са коларом и антиротационим клином у проксималном делу, дистални део стема тапер систем, најмање 9 величина, материјал легура титанијума Ti-6Al-4V прекривен плазама спреј технологијом у проксималном делу „или одговарајуће“	комад	20					
2.	Бесцементна капа са три отвора у горњем делу са припадајућим шрафовима 6,5. Величина 44 до 70mm на 2mm. Материјал легуре титанијума Ti-6Al-4V прекривена плазама спреј технологијом „или одговарајуће“	комад	20					
3.	Инсерт од UHMWPE политилена са унутрашњим дијаметром 28, 32, 36 у зависности од величине капе	комад	20					
4.	Главице од легуре CoCr високе полираности величине 5 у распону од 3,5mm-4mm, дијаметра 28, 32 и 36.	комад	20					
				Укупна вредност без ПДВ-а:				
				Укупна вредност са ПДВ-ом:				

М.П.

Потпис овлашћеног лица