

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

Датум: 22.04.2015.године

Број: 04-910

Предмет: Одговор на примљену примедбу на јавну набавку –Санитетски материјал, ЈН бр. 12/15

Дана 21.04.2015.год. бр. 04-893, примили смо Захтев за додатним појашњењем конкурсне документације од стране понудађача, а сходно чл. Закона о јавним набавка чл. 63 ст.2. дајемо одговор у писаном облику.

ПРИМЕДБА ПОНУЂАЧА:

Колика дужина игле вам треба и колика треба да буде закривљеност игле?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

За партију 21. Хирушки конац свилени BRAIDED SILK 2/0, упреден, природни, нересорптиван, црни 75cm, за кожу, игла дужине 24mm, округла, 3/8.

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Комисија за јавне набавке
Здравствени центар Врање