

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Јована Јанковића Лунге бр.1
Број: 04-1207
Датум: 08.05.2015.год.

Предмет: појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – Конци за хируршко шивење, ЈН 15/15, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки, на Порталу „Сл. Гласника РС“ и базе прописа и интернет страници наручиоца 24.05.2015. г.

На адресу наручиоца је 07.05.2015.г. примљен захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добара – Конци за хируршко шивење.

1. Питање:

Да ли су за партије 2-polyglactine-PGA, 3-poluglactine-PGA, 4-PGA brzoresorbujući, 5-polyglecaprone, 7-nylon, 10-svila, i 11-poluprolylene дозвољена минимална одступања у дужини игле и дужини конца? Уколико јесу, молимо Вас да нам назначите колико она тачно износе.

Одговор:

Дозвољена су одступања у дужини конца (+,-) до 10%.

У дужини игле су дозвољена одступања (+,-) до 10%, осим за позицију 1 у партији 2-polyglactine-PGA, где су понуђачи у обавези да понуде дужину игле како је наведено у спецификацији.

2. Питање:

Да ли је за партију 8-nylon 10/0 потребна дупла или једна игла?

Одговор:

Потребне су 2 игле (дупла игла).

Комисија за јавну набавку ЈН 15/15
Конци за хируршко шивење