

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

Јована Јанковића Лунге бр.1

Број: 04-3521

Датум: 20.10.2015.године

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС „ бр. 124/12, бр.14/15 и бр. 68/15) Наручилац врши:

**ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА –
ОДРЖАВАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, ЈН БР. 32/15**

Измена конкурсне документације извршиће се у следећем поглављу:

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА И УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА.

1.Додаје се захтев наручиоца у делу додатног услова – технички капацитет за партију 38- Анестезиолошки апарати,(страна 7/151 који гласи:

-Да понуђач располаже неопходном еталонираном мерном опремом за одржавање и за мерење адекватних величина, као што су:

а) Притисак

б) Проток

в) Температура

г) Концентрација (кисеоника, азот оксидула , анестетика)

д) Струје цурења (на мрежним напојним кабловима апарата самом апарату и прикључним електричним водовима)

ђ) Симулатор виталних функција пацијента за контролу рада пацијент монитора на апаратима за анестезију

као и доказ о исправности мерне опреме.

У делу УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА додаје се начин испуњења додатог услова за технички капацитет (страна 10/151 конкурсне документације), који гласи:

Изјава (на свом меморандуму) дата под материјалном и кривичном одговорношћу пописана од стране овлашћеног лица понуђача , да понуђач располаже наведеним алатом, као и доказ о исправности мерне опреме доставиће се копија сертификата о еталонирању са стандардом ISO 17025.

2.Додаје се захтев наручиоца у делу додатног услова – технички капацитет за партију 49- Репиратори-Drager Savina,(страна 7/151 који гласи:

-Да понуђач располаже неопходном еталонираном мерном опремом за одржавање и за мерење адекватних величина, као што су:

а) Притисак;

б) Проток;

в) Температура;

г) Струје цурења (на мрежним напојним кабловима апарата самом апарату и прикључним електричним водовима);

д) Симулатор виталних функција пацијента за контролу рада пацијент монитора на апаратима;

У делу УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА додаје се начин испуњења додатог услова за технички капацитет (страна 10/151 конкурсне документације), који гласи:

Изјава (на свом меморандуму) дата под материјалном и кривичном одговорношћу пописана од стране овлашћеног лица понуђача , да понуђач располаже наведеним

алатом, као и доказ о исправности мерне опреме доставиће се копија сертификата о еталонирању са стандардом ISO 17025.

У свему осталом конкурсна документација остаје непромењена.
Наручилац ће продужити рок за достављање и отварање понуда, на основу чл.63.ст.5. Закона о јавним набавкама набавкама („Службени гласник РС „ бр. 124/12, бр.14/15 и бр. 68/15).

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ**