

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Јована Јанковића Лунге бр.1
Број: 04-4112
Датум:11.12.2015.год.

Предмет: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – Конци за хируршко шивење, ЈН 37/15, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 27.11.2015. г.

На адресу наручиоца је 10.11.2015.године, примљен захтев број 04-4100 за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добара – Конци за хируршко шивење.

1. Питање: Молим Вас да нам појасните да ли ћете дозволити минимално одступање од +/- 10% од специфициране дужине игала.

Одговор:

За партију 4. Nylon (Monofilament polyamide) са две шпатуласте игле – потребе офталмологије, могуће је одступање од +10% од специфициране дужине игле; одступање од -10% није дозвољено.

За све остале партије је дозвољено одступање од +/-10% од специфициране дужине игала.

Комисија за јавну набавку ЈН 37/15
Конци за хируршко шивење