

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Јована Јанковића Лунге бр.1
Број: 04-448
Датум: 17.02.2016.год.

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, наручилац Здравствени центар Врање врши измену конкурсне документације за јавну набавку добара – Реагенси за обраду крви, ЈН 03/16, за коју су позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца

Мења се конкурсна документација у следећем:

У обрасцу „Техничке спецификације“ за **Партију 7: Реагенси за обраду крви на трансмисивне болести**, додају се следеће ставке:

Стабилност раствора за испирање након разблаживања месец дана на собној температури; могућност коришћења истог wash раствора за 4 теста (anti HCV, HbsAg, HIV, TP)

Стабилност плоче по отварању паковања најмање 3 месеца

Присуство бар једног паковања HCV Ag/At теста у спецификацији је пожељно због раније детекције.

Прилог: измењен Образац „Техничке спецификације“ (за партију 7.) коју ће понуђачи приложити приликом подношења понуде.

добра

03/16

Комисија за јавну набавку
реагенси за обраду крви, ЈН

бр. 1

Партија 7: Реагенси за обраду крви на трансмисивне болести

Р. бр.	Назив	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ	
		Број Решења из АЛИМС-а	Каталожки број
0	1	2	3
1.	HBs Ag		
2.	HCV Ag/Ab		
3.	Anti HCV		
4.	Anti HIV		
5.	TPH recombinantni		
6.	Наставци за узорке 4x108		
7.	Наставци за реагенсе 4x108		
8.	Флакони за реагенсе 24 ком.		

Реагенси су потребни за рад на постојећој опреми (аутоматски аналајзер, апарат Da Vinci qatro) или обезбедити одговарајући.

Стабилност раствора за испирање након разблаживања месец дана на собној температури; могућност коришћења истог wash раствора за 4 теста (anti HCV, HbsAg, HIV, TP)

Стабилност плоче по отварању паковања најмање 3 месеца

Присуство бар једног паковања HCV Ag/At теста у спецификацији је пожељно због раније детекције

За апарат:

Редни број	Назив	Јединица мере	Количина	Број Решења за стављање у промет
0	1	2	3	4
1.	Одговарајући апарат	комад	1	

Уз понуду понуђач се обавезује да ће дати на коришћење одговарајући апарат за време важења уговора

Назив апарата: _____

Произвођач _____

Спецификација апарата: Потпуно аутоматско процесирање узорака који се могу тестирати из вакуум епрувета, читање бар кодова на узорцима и плочама са тестовима, чување података о извршеним анализама, могућност допуњавања апарата новим узорцима у току извођења анализе, биосафети стандарди, ESP функција за процену квалитета, да тест за ХИВ буде 4. генерације Ag/Ab.

М.П.

Потпис овлашћеног лица

—

Здравствени центар Врање
Конкурсна документација за набавку ЈН 03/16 – Реагенси за обраду крви
страна 12/63