

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ  
Ул. Јована Јанковића Лунге бр.1, Врање  
Датум: 19.02.2016.године  
Број: 04-475

**Предмет:** Одговор на Захтев за додатним појашњењем јавне набавке добара- Лабораторијски реагенси, ЈН бр. 06/16, која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 12.02.2016.год.

Дана 18.02.2016.год. бр. 04-467, примили смо Захтев за додатним појашњењем конкурсне документације од стране понуђача, а сходно чл. Закона о јавним набавка чл. 63 ст.2. дајемо одговор у писаном облику.

**ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

1. Група 1 - Дом здравља Врање, Партија 2. Контрола за биохемију и хематологију –Да ли сте мислили на екстерну контролу квалитета за биохемију и хематологију?

**ОДГОВОР:**Мислимо на екстерну, али међународну контролу квалитета са потребом рада и хематологије и биохемије. Што се тиче контроле за биохемију, 10 параметара би бирани сами у зависности од тренутних потреба лабораторије.

**ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

2. Такође, Молимо Вас да дефинишете величину паковања за ставку 1 и ставку 2?

**ОДГОВОР:** За ставку један је потребно да у паковању које се тражи у конкурсној документацији постоје 12 бочица од 5мл контролних серума како би се радили сваког месеца. Ставка 2 такође треба да садржи 12 епруветица, односно свака од 4 тражена паковања треба да садржи 3 епруветице са контролном крвљу.

**Комисија за јавне набавке  
Здравствени центар Врање**