

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

Јована Јанковића Лунге бр.1

Број: 04-883

Датум:18.03.2016.год.

Предмет: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – Конци за хируршко шивење, ЈН 13/16, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 14.03.2016. г.

На адресу наручиоца је 18.03.2016.године, примљен захтев број 04-864 за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добара – Конци за хируршко шивење.

1. Питање: У обрасцима структуре цене и техничких карактеристика при опису облика игала користите израз- за кожу, стандардна-, да ли се мисли на catting iglu?

Одговор: Да, мисли се на catting iglu.

2. Питање: У истим обрасцима се користи израз – за кожу, обрнута-, да ли се мисли на reverse cuting игле?

Одговор: Да, мисли се на reverse cuting игле.

3. Питање: Да ли је дозвољено одступање игле и конца или остајете при траженим техничким карактеристикама?

Одговор: Дозвољено је одступање у дужини конца, али не више од 10% (што је одговорено у претходном појашњењу). Одступање за игле није дозвољено.

4. Питање: Да ли сте дебљине игала тражили стандардне или ојачане?

Одговор: Траже се стандардне игле.

5. Питање: У партији 3. Pga-poliglaktin није свуда дефинисана боја конца да ли се подразумева да конач мора да буде у VIOLET боји што је иначе и стандард уколико се другачије не захтева?

Одговор: У ставкама где је дефинисано да буде VIOLET потребно је понудити VIOLET конач; у ставкама где није дефинисана боја може се понудити друга боја.

Комисија за јавну набавку ЈН 13/16
Конци за хируршко шивење