

Предмет: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – Материјал за дијализу, ЈН 01/16

На адресу наручиоца је 17.03.2016.године, примљен захтев број 04-851 за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добара – Материјал за дијализу.

1. Питање: Позивамо наручиоца да нам у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама и на основу садржаја конкурсне документације јавне набавке, достави неопходне додатне информације и појашњења у складу са овим захтевом.

Сматрамо да је наручилац формирао партије 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 предметне јавне набавке супротно Закону о јавним набавкама и супротно суштини Правилника о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања. Наиме, техничка спецификација за напред наведене партије је формирана тако да се може понудити само једна тачно захтевана површина мембране дијализатора, што суштински ограничава конкуренцију у поступку и тиме је у супротности са чланом 10 ЗЈН – Начело обезбеђивања конкуренције.

Овако формиране површине дијализатора супротне су одредбама и начелима нормирања важећег Правилника о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава здравственог осигурања који површине дефинише и третира у распону од-до, управо да би се омогућила конкурентност и спречила фаворизација одређених понуђача.

Површине дијализатора формиране на овакав начин указују да само одређени понуђачи, који имају регистроване само такве површине – производе код АЛИМС, могу да конкуришу и поднесу понуде у предметном поступку јавне набавке чиме се онемогућава и смањује конкуренција јавне набавке, као и број потенцијалних понуђача који би могли да поднесу понуде за предметне партије у поступку.

Сматрамо да је у општем јавном интересу и интересу Здравственог центра Врање да обезбеди могућност што већем броју понуђача да конкуришу на што већи број партија, што би довело и до повољнијих понуђених цена од стране понуђача, а из разлога веће конкурентности.

Имајући у виду наведено, овим путем позивамо наручиоца да изврши измене конкурсне документације, уведе опсег површина дијализатора у партијама, сагласно важећем Правилнику о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања и тиме конкурсну документацију учини сагласну Закону о јавним набавкама.

Имајући у виду да су примедбе везане за поштовање основних начела Закона о јавним набавкама, начело једнакости понуђача и начело обавезе да се обезбеди што је могуће шира конкурентност у поступку, сматрамо предметне примедбе као основане разлоге за подношење захтева за заштиту права понуђача.

Одговор: Прихвата се примедба потенцијалног понуђача и мења се конкурсна документација на тај начин што се смањује број партија и формирају се тако да сада гласе:

Партија 3. Low Flux sintet membrana ефективне површине 1.3 m² – 1,4 m²

Партија 4. Low Flux sintet membrana ефективне површине 1.6 m² – 1,8 m²

Партија 5. High Flux sintet membrana ефективне површине 1.5 m²-1.6 m²

Партија 6. High Flux sintet membrana ефективне површине 1.7 m²-1.9 m²

Партија 7. High Flux sintet membrana ефективне површине 2.0 m² -2.5 m²

Количине по партијама ће бити наведене у одговарајућим обрасцима у конкурсној документацији.

Конкурсна документација са наведеним изменама ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.