

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Ул. Јована Јанковића Лунге бр.1, Врање
Датум: 24.03.2016.године
Број: 04-981

Предмет: Одговор на Захтев за додатним појашњењем јавне набавке добара- **Медицинска опрема у стоматологији**, ЈН бр. 12/16, која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 15.03.2016.год.

Дана 22.03.2016.год. бр. 04-940, примили смо Захтев за додатним појашњењем конкурсне документације од стране понуђача, а сходно чл. Закона о јавним набавка чл. 63 ст.3. дајемо одговор у писаном облику.

ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА: За партију 2. Безујни стоматолошки компресор, шта се мисли кад се каже минималан проток од 900лит/мин – у празном ходу или на 5 бара?

ОДГОВОР: Нама је потребан компресор који приликом оптерећења од 5 бара може дати проток ваздуха од 900лит/мин.

**Комисија за јавне набавке, ЈН бр. 12/16
Здравствени центар Врање**